



CENTRALNA WOJSKOWA PRZYCHODNIA LEKARSKA
„CePeLeK”
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
ul. Koszykowa 78, 00-911 Warszawa
CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA WG NORMY
PN-EN ISO 9001:2015-10



Warszawa, dn. 09.05.2024 r.

<Wykonawcy biorący udział w postępowaniu>

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego, jako zapytanie ofertowe na dostawę fartuchów ochronnych do badań rtg dla CWPL „CePeLeK” SP ZOZ. Nr sprawy: **08/ZO/2024**.

WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający przedstawia przesłane zapytania i udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający wymaga aby oferowany produkt był z materiału ołowiowego czy bezołowiowego w pozycjach od 1 do 6?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści produkt z materiału zarówno ołowiowego jak i bezołowiowego.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania produkt alternatywny do opisanego w SWZ, tj.: poz. 5 - fartuch osłony tarczycy o równoważniku osłabienia promieniowania Pb 0,35 mm Pb oraz w poz. 6 - fartuch pantomograficzny o równoważniku osłabienia promieniowania Pb 0,35 mm Pb

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści produkt alternatywny o równoważniku osłabienia promieniowania Pb 0,35 mm Pb.

KIEROWNIK
DZIAŁU ADMINISTRACYJNO-LOGISTYCZNEGO
Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej
„CePeLeK” Sp. z o.o.

24p.
Miroslaw KARCZEWSKI